

## 給食一食分検査結果（本宮方部学校給食センター）

- 給食一食分の検査結果は、その日給食に供されたもの（主食、副菜、主菜、牛乳、果物、その他給食として供されたもの）をすべてミキサーにかけて、それを検査した結果です。
- セシウムの検査結果は、セシウム134とセシウム137の合算値です。  
（ ）内数値は検出限界値です。
- 検出器：NaI（T1）シンチレーター（ベルトールドジャパン株式会社）  
ガンマー線スペクトロメーター LB2045)
- 独自基準値は10Bq/Kgです。

No.	検査日	一食分重量（g）	セシウム（Bq/Kg）	備考
1	令和7年3月3日(月)	694	検出せず(<5.8)	
2	令和7年3月4日(火)	690	検出せず(<5.9)	
3	令和7年3月5日(水)	690	検出せず(<5.8)	
4	令和7年3月6日(木)	671	検出せず(<5.9)	
5	令和7年3月7日(金)	722	検出せず(<5.8)	
6	令和7年3月10日(月)	693	検出せず(<5.9)	
7	令和7年3月11日(火)	636	検出せず(<5.8)	
8	令和7年3月12日(水)	746	検出せず(<5.9)	
9	令和7年3月13日(木)	714	検出せず(<5.8)	
10	令和7年3月14日(金)	716	検出せず(<5.8)	
11	令和7年3月17日(月)	694	検出せず(<5.9)	
12	令和7年3月18日(火)	721	検出せず(<5.8)	
13	令和7年3月19日(水)	780	検出せず(<6)	