

令和8年5月13日

## 給食一食分検査結果（自校給食）

- 給食一食分の検査結果は、その日給食に供されたもの（主食、副菜、主菜、牛乳、果物、その他給食として供されたもの）をすべてミキサーにかけて、それを検査した結果です。
- セシウムの検査結果は、セシウム134とセシウム137の合算値です。  
（ ）内数値は検出限界値です。
- 検出器：NaI（T1）シンチレーター（ベルトールドジャパン(株)  
ガンマー線スペクトロメーター LB2045)
- 独自基準値は10Bq/Kgです。

（ 本宮市教育委員会 ）

No.	検査日	一食分重量 (g)	セシウム (Bq/Kg)	備考
1	令和8年4月8日(水)	449	検出せず(< 5.8)	
2	令和8年4月9日(木)	433	検出せず(< 5.9)	
3	令和8年4月10日(金)	417	検出せず(< 6.1)	
4	令和8年4月13日(月)	438	検出せず(< 5.9)	
5	令和8年4月14日(火)	416	検出せず(< 6.2)	
6	令和8年4月15日(水)	437	検出せず(< 5.9)	
7	令和8年4月16日(木)	423	検出せず(< 6.1)	
8	令和8年4月17日(金)	420	検出せず(< 6.1)	
9	令和8年4月20日(月)	424	検出せず(< 6.1)	
10	令和8年4月21日(火)	327	検出せず(< 7.9)	
11	令和8年4月22日(水)	434	検出せず(< 5.9)	
12	令和8年4月23日(木)	345	検出せず(< 7.4)	
13	令和8年4月24日(金)	436	検出せず(< 5.9)	
14	令和8年4月27日(月)	344	検出せず(< 7.5)	
15	令和8年4月28日(火)	419	検出せず(< 6.1)	
16	令和8年4月30日(木)	441	検出せず(< 5.8)	