

給食一食分検査結果（本宮方部学校給食センター）

- 給食一食分の検査結果は、その日給食に供されたもの（主食、副菜、主菜、牛乳、果物、その他給食として供されたもの）をすべてミキサーにかけて、それを検査した結果です。
- セシウムの検査結果は、セシウム134とセシウム137の合算値です。
（ ）内数値は検出限界値です。
- 検出器：NaI（T1）シンチレーター（ベルトールドジャパン株式会社）
ガンマー線スペクトロメーター LB2045）
- 独自基準値は10Bq/Kgです。

No.	検査日	一食分重量（g）	セシウム（Bq/Kg）	備考
1	令和8年9月1日(火)	669	検出せず(<5.8)	
2	令和8年9月2日(水)	665	検出せず(<6.1)	
3	令和8年9月3日(木)	669	検出せず(<5.8)	
4	令和8年9月4日(金)	692	検出せず(<6.1)	
5	令和8年9月7日(月)			全校休校
6	令和8年9月8日(火)	676	検出せず(<5.8)	
7	令和8年9月9日(水)	678	検出せず(<6)	
8	令和8年9月10日(木)	588	検出せず(<5.8)	
9	令和8年9月11日(金)	724	検出せず(<6)	
10	令和8年9月14日(月)	659	検出せず(<5.7)	
11	令和8年9月15日(火)	747	検出せず(<6)	
12	令和8年9月16日(水)	673	検出せず(<5.7)	
13	令和8年9月17日(木)	667	検出せず(<6.1)	
14	令和8年9月18日(金)	681	検出せず(<5.9)	
15	令和8年9月24日(木)	612	検出せず(<6)	
16	令和8年9月25日(金)	685	検出せず(<5.9)	
17	令和8年9月28日(月)	697	検出せず(<6.1)	
18	令和8年9月29日(火)	715	検出せず(<5.8)	
19	令和8年9月30日(水)	661	検出せず(<5.8)	